

# Writer8\_U1Plus

---


## User Manual

## 目录

1. 介绍 .....	3
2. 硬件设置 .....	4
3. 在线模式烧录 .....	5
4. 脱机模式烧录 .....	7
5. 功能按键 .....	10
4.1. 保存数据 .....	10
4.2. 保存项目*.MPJ .....	10
4.3. 读目标芯片 .....	10
4.4. ID 检测 .....	10
4.5. 擦除 .....	10
4.6. 空检测 .....	10
4.7. 编程 .....	10
4.8. 校验 .....	10
4.9. 写选项 .....	10
4.10. 读选项 .....	11
4.11. 整片擦除 .....	11
4.12. 清除消息框 .....	11
6. 其它设置 .....	12
5.1. 语言 .....	12
5.2. 更新检测 .....	12
7. 修订历史 .....	13

## 1. 介绍

Writer8\_U1Plus 是筌泉烧录器 U1Plus 对应的 PC-Site AP，支援筌泉 8051 系列的 8bit 芯片，除了可以在线模式烧录全区内存外，也可以烧录硬件选项；除此之外也提供筌泉标准的 ISP 代码和脱机模式功能；此软件也是客户代烧录档 MPJ 的产生工具。



筌泉烧录器 (U1Plus-D or U1Plus)


如果用户只通过 J9 连接器(ICP 接口)连接 U1Plus-D 和 DUT 的板，则 U1Plus-D 可以对板上的 DUT 进行编程。

## 2. 硬件设置

U1Plus-D J9 内含有与 M-Link 相同的 ICP 介面, 共有 6 个信号分别为 RST, GND, SDA, VCC, SCL, P30。

J9 中的 VR0 预留给代烧厂使用, 一般使用者不需要使用!

一般使用者需要使用 5 Pins: RST, GND, SDA, VCC, SCL。



下面型号需要使用 6 Pins: RST, GND, SDA, VCC, SCL, P30。

MG87E(L)51/MG87E(L)52

MG87E(L)2051/4051/6051

MG82FE(L)308/316


MG82FE(L)532/564

MA805-24/32/64

MA806-24/32/64

MA807/808/816

请依照下图连接



### 3. 在线模式烧录


#### Step 1. 选择芯片型号

选择欲更新的芯片型号如不正确的选择，可能导致回报 ID 错误。  
选择不同的芯片型号后，代码缓冲区将会自动清除。

#### Step 2. 打开文件

选择要读入的 Bin 或 Hex 档案后，再选择要放在“AP(程序)”（读到代码缓冲区的 0x00 位置）或“IAP(资料)”（可自定义要读入到代码缓冲区的任何位置），按下“确定”后可在代码缓冲区看到欲更新的结果。使用者可重覆读取文件，将档案互相叠加，重覆读取文件时重叠的部份会被后读取的文件覆盖，若前后文件读入代码缓冲区的位置之间有空白，会补入 0xFF。

在“选择插入区域”画面勾选“清除缓冲区”，按下“确定”后会先将代码缓冲区全部清除后再读入文件。



#### Step 3. 插入 ISP 代码

如果需要使用 ISP 功能，按下“插入 ISP 代码”来插入笔泉标准的 ISP 代码，或选择自行开发的 ISP 代码，按下“确定”后 AP 会自动把 ISP 代码放在代码缓冲区相对应的位置，同时也会设定好必要的硬件选项。

**Step 4. 硬件选项**

客户可自行设置硬件选项，选项表示的义意请参考“Datasheet”。

**Step 5. 自动**

按下“自动”来设定执行选项，预设执行“整片擦除”、“空检测”、“编程”、“校验”、“写选项”。使用者 可自行修改执行选项。




## 4. 脱机模式烧录

Step 1. [选择芯片型号](#)

Step 2. [打开文件](#)

Step 3. [插入 ISP 代码](#)

Step 4. [硬件选项](#)



Step 5. 脱机模式

按下“脱机模式”来烧录设定( 内存和硬件选项)到 U1Plus 烧录器里，除此之外还可设定最大次数和序列号，最大次数是控制 U1Plus 烧录器执行脱机烧录时可烧录的次数，预设值为 0(表示无限制)，序列号启用后可设定 12 个字符串加 8 个数字部份要放在代码缓冲区的任何位置，还可以设定数字部份自动递增，来实现烧录序列号的功能。

按下“读取设置”，可读取 U1Plus 烧录器内目前的脱机模式设置。


### Step 6. 设置另一个 U1Plus-D

从 PC 上拔下刻录机，对另一台 U1Plus-D 重复 “脱机模式烧录”。用户如下图所示连接两个烧录器，按 RUN 键进行离线复印操作，然后 LED 指示烧录状态：

蓝色-DUT 正在编程中。

绿色-操作已完成并通过。

红色-操作失败。



### PS 测试仪信号接口

GND: Ground.

5V: source 5V power.

3V: source 3V power.

GND: Ground.

BUSY: the DUT is under programming, normal High, active Low.

OK: the operation is completed and passed, normal high, active Low 100ms pulse.

NG: the operation is failed, active Low.


Start\_H: Tester triggers Run Button, active high and de-bounce 100ms..

Start\_L: Tester triggers Run Button, active low and de-bounce 100ms.


GND: Ground.



U1plus-D 为成功时给测试仪接口的信号如下图，



U1plus-D 为失败时给测试仪接口的信号如下图，



## 5. 功能按键

### 4.1. 保存数据

按下“保存数据”可以将代码缓冲区的资料存成 BIN 档。

### 4.2. 保存项目\*.MPJ

按下“保存项目\*.MPJ”可以产生 MPJ 档，MPJ 档记录了代码缓冲区的资料和硬件选项等目前的设定，存档后可以通过“打开文件”来读取设定。MPJ 档也是笙泉帮客户代烧芯片时需要客户提供的必要资讯，客户产生欲代烧的 MPJ 档后，也会产生“MPJ Request Form”来做笙泉和客户之间的确认。

### 4.3. 读目标芯片

按下“读目标芯片”可以把芯片内存资料读取至代码缓冲区。

### 4.4. ID 检测

按下“ID 检测”可以检测芯片 ID 是否和选择的芯片型号一致。

### 4.5. 擦除

按下“擦除”可以擦除芯片的内存。

### 4.6. 空检测

按下“空检测”来检测芯片内存是否为空的。

### 4.7. 编程

按下“编程”可以将代码缓冲区的资料烧录至芯片。

### 4.8. 校验

按下“校验”来检测芯片内存是否和代码缓冲区一致。

### 4.9. 写选项

按下“写选项”可以将硬件选项写入芯片。

#### **4.10. 读选项**

按下“读选项”来读取芯片内的硬件选项。

#### **4.11. 整片擦除**

按下“整片擦除”可以擦除内存和硬件选项，这功能可以使芯片 MCU ID 加密上锁解开。

#### **4.12. 清除消息框**

按下“清除消息框”可以清除消息框内的全部资讯。

## 6. 其它设置

### 5.1. 语言

按主画面左上角处的 Logo，可从“Language”来选择语言。

### 5.2. 更新检测

按主画面左上角处的 Logo，可从“更新 Writer8 U1Plus”打开介面，按下“检测”来检测官网上是否有新版本，若有新版本可直接按下“下载”来下载。

勾选“开启时提示更新”，可设定在 AP 开启时自动检测新版本。

## 7. 修订历史

Revision	Description	Date
v1.0.0.7	Initial version	2021/04/16
v1.1.0.0	Support 89Series/82L(E)52/82L(E)54/82G516 Support MA805/MA806/5A32/5A64/84G564 Support 5B08/5B16/5B24/5B32/5C32/5C64/5D16/5E32 Support 6D16/6D17/6D32/6D64	2022/02/16
v1.2.0.0	Support MG82F5Bxx Support MG82F6B08/001/104	2022/05/30
v1.2.0.1	Debug : Fix MG87FL(E)51/52 Erase fail	2022/07/26
v1.2.0.2	Update MG82F6B08/001/104 ISP code	2023/02/23
v1.3.0.0	Debug : MA82F5Bxx info	2023/06/19
v1.4.0.0	Add MGEQ1C064	2023/08/21
v1.4.0.1	Update FW v0.23 Update show file path error when multi load	2023/09/26
v1.5.0.0	Add MG82F6P32 Update FW v0.13, SubFW v1.04 off DPI aware set Tahoma(8) for all Dialog font modify banner for AP	2024/01/16
v1.5.0.4	Add "Enable Modify Buffer" Add "Auto Reload" Add "Load Last Path" Add load "Last PartNo" Add check oversize when insert ISP Modify "tools_version.ini" web addr and parameter Rename version name (China & Universal)	2024/07/29
v1.5.0.5	Can SaveMPJ and Offline when Dump debug: Can't switch OR setting when Load Last PartNo	2024/08/21
v1.5.0.6	Debug: Can't switch OR setting when load MPJ	2024/08/23
v1.5.0.8	debug: Check tools.ini error Typo fix (蕊->芯) debug: buffer is empty when load MPJ Off-line info init	2024/09/13
v1.5.0.9	Modify MA82G5Bxx OR	2025/02/18
v1.5.0.10	1. Modify Hex2Bin function	2025/04/15

	2. Move TrimFrequency before WriteOR	
v1.5.0.11	Add SAVE_CHK option & Read Checksum button for MG82F6D17/MG82F6P32	2025/06/23
v1.5.0.12	Add SAVE_CHK option & Read Checksum button for MA82G5Bxx/MA82G5Cxx/MG82F6Dxx/MGEQ1C064/MG82F6Bxx	2025/06/30
v1.5.0.13	Modify the checksum storage location	2025/07/02
v1.5.0.14	Add "Chip Checksum" Add "Fill unused bytes"	2025/09/23
v1.5.0.15	Update FW v0.15.0.3 (Trim, OR bug) Support SC for options tip	2025/11/03
v1.5.0.16	Add " <a href="#">Hardware setup</a> " Update FW v0.15.0.4	2025/12/29
v1.5.0.17	Debug : off-line error	2026/01/05
v1.5.0.18	Modify Options-HWPS definition in MA82G5Cxx	2026/02/04
v1.5.0.19	Update MG84FG516 default ISP	2026/04/07